


 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม	ขั้นตอนในการตรวจเช็คอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยประจำห้องปฏิบัติการ (ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนา) ☒ ขั้นตอนใหม่ ☐ ปรับปรุง	จัดทำโดย น.ส.เนตรรุจี จันทร์หอม งานบริการการศึกษา ณ วันที่.....
--	---	--

ขั้นตอนในการตรวจเช็คอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยประจำห้องปฏิบัติการ (ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนา)




* หมายเหตุ

- ความถี่ในการตรวจสอบทุก 1 เดือน
- จัดเก็บเข้าแฟ้มและเปลี่ยนแบบฟอร์มฯ ทุก 1 ปี

 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ขั้นตอนในการตรวจเช็คอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยประจำห้องปฏิบัติการ (ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนา) ☒ ขั้นตอนใหม่ ☐ ปรับปรุง	จัดทำโดย น.ส.เนตรจุจิ จันทร์หอม งานบริการการศึกษา ณ วันที่.....
---	---	--

ขั้นตอนในการตรวจเช็คอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยประจำห้องปฏิบัติการ (ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนา)

ขั้นตอน	ระยะเวลา	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1. แบบฟอร์มตรวจเช็คอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยประจำห้องปฏิบัติการ โดยมีรายการ ดังนี้ - แวนตากันสารเคมี - ถังมือกันความร้อน - ถังมือกันความเย็น - ถังมือยาง - อุปกรณ์ป้องกันหู - ผ้าห่มกันไฟ - ถังขนาดเล็ก - รองเท้าบูท - แบบรายงานการเกิดอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการ * รายการ PPE จะจัดให้เหมาะสมและครอบคลุมตามลักษณะการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ	30 นาที	
2. ตรวจเช็คตามรายการ โดยนับจำนวน และลักษณะอุปกรณ์ว่า ไม่เสื่อมสภาพและพร้อมใช้งาน		
3. หากจำนวนไม่ครบ มีการเสื่อมสภาพ หรือไม่พร้อมใช้งาน ให้จัดซื้อมาให้ครบ และเพียงพอ		
4. ลงชื่อผู้ตรวจเช็ค และวันที่ตรวจเช็ค		
5. ความถี่ในการตรวจเช็ค ทุก 1 เดือน	-	
6. ครบ 1 ปี ให้นำแบบฟอร์มตรวจเช็คอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยประจำห้องปฏิบัติการใหม่มาเปลี่ยน และนำใบเดิมเก็บเข้าแฟ้มประจำห้องปฏิบัติการ	-	
7. ประเมินลักษณะการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพื่อจัดซื้อ/หาอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยประจำห้องปฏิบัติการ ให้ครอบคลุมและเหมาะสมกับลักษณะการปฏิบัติงาน	-	

ตรวจสอบข้อมูลแล้ว  (นายสมชาย หลวงสนาม) หัวหน้างานบริการการศึกษา วันที่.....	ตรวจสอบข้อมูลแล้ว  (นางสาวเปรมจิตร์ ชนमार) ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี วันที่.....26 มิถุนายน 2568.....
--	---